



FAQ AGGIORNATE AL 24/11/2023

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per la fornitura di UN SISTEMA ECOGRAFICO AD ULTRASUONI con istallazione, messa in opera, collaudo, training, supporto tecnico e assistenza post-vendita - Affidamento diretto di cui al DL 76/2020 (decreto semplificazioni) così come modificato dal DL 77/2021.

Importo base di gara 51.750,00€ + IVA.

Valore stimato dell'affidamento ex art. 14 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 pari ad € 56.925,00 oltre IVA

Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a 0,00 €

NUMERO GARA 9406204 CIG A025A900E7 CUP I33C22006900006

Quesito n.1:

chiediamo gentilmente di chiarire se il MODELLO A1 "Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva" ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241" deve essere sottoscritto dal titolare effettivo oppure tale dichiarazione può essere rilasciata dal Legale Rappresentante.

Risposta:

Il MODELLO A1 "Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva" ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241" deve essere sottoscritto, alternativamente, dal "Titolare dell'impresa individuale" o dal "Legale Rappresentante" dell'operatore economico (vedere anche pagina 1, dove è richiesto al dichiarante di apporre un apposito flag)

Quesito n.2

Chiediamo conferma che in questa fase di presentazione della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, occorre presentare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE la documentazione amministrativa elenca all'art. 7 pag. 4 dell'avviso Indagine di mercato che si riporta qui di seguito:

"Gli operatori economici interessati devono inviare:

Istanza di manifestazione di interesse (All. A), compilando e sottoscrivendo digitalmente il modulo di istanza allegato al presente avviso e scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" – "Gare di Appalto" – "Affidamento diretto per la fornitura di un SISTEMA ECOGRAFICO AD ULTRASUONI e servizi accessori"

- Scheda di offerta economica compilando e sottoscrivendo digitalmente l'allegato modello (All. B), con allegata la scheda tecnica dei beni/servizi offerti

- Capitolato d'appalto con allegato capitolato tecnico sottoscritto digitalmente per accettazione delle condizioni e caratteristiche della fornitura"

Risposta:

Si conferma che in questa fase di presentazione della manifestazione di interesse, occorre presentare solo la documentazione amministrativa elenca all'art. 7 pag. 4 dell'avviso indagine di mercato



Quesito n. 3

La sonda Lineare richiesta presenta delle indicazioni non specifiche per la Gastroenterologia (... *“Frequenze selezionabili da 3 a 11 MHz per Applicazioni Vascolari, Muscoloscheletriche e su Distretti Superficiali”*), pur avendo una sonda lineare che risponde a tali richieste (L2-14A con frequenza da 2 a 14 MHz e tecnologia S-Vue Matrix), chiediamo a questo Spett.le Ente se fosse possibile offrire una sonda Lineare dedicata alle Applicazioni Gastroenterologiche (Anse Intestinali, Ernie inguinali, ecc) ma con diverse frequenze da quelle richieste.

Risposta:

E' possibile offrire anche strumentazione con sonda 2-14 Mhz

Quesito n.4

Per *“Pacchetto di Analisi Epatica Liver Package”* si intende un software in grado di analizzare solo la Stiffness mediante la 2D Shear-Wave e la Point Shear Wave, o anche analisi più evolute tipo Rapporto automatico Epato/Renale, Misurazione dell'attuazione del Fascio Ultrasonoro o magari la Fat Fraction che sta diventando lo standard di riferimento?

Risposta:

Il software deve avere almeno la 2D shear wave e la point shear wave; se ha anche altre funzioni queste poi verranno valutate.