



## FAQ AGGIORNATE AL 21/02/2024

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per la fornitura di un sistema mobile per angiografia integrato nella sala operatoria inclusa posa in opera, collaudo e training e servizi accessori - Affidamento diretto di cui al DL 76/2020 (decreto semplificazioni) così come modificato dal DL 77/2021.**

**Importo base di gara € 134.950,00 oltre iva e oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a € 100,00  
Valore stimato dell'affidamento ex art. 14 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 pari ad € 134.950,00  
CUP I33C22006900006**

**Domanda n.1** - E' possibile presentare l'istanza di manifestazione di interesse corredata sia da un progetto tecnico ma non esecutivo oltre all'offerta economica? Ossia il progetto esecutivo sarà consegnato solo in caso d'aggiudicazione nei termini previsti?

**Risposta:** In questa fase è richiesto solamente il progetto tecnico di realizzazione della fornitura con posa in opera insieme all'offerta economica e schede tecnica dei beni offerti come indicato nell' avviso pubblicato

**Domanda n.2** - in riferimento all'Art 2 del capitolato Tecnico e precisamente nella sezione A delle Specifiche tecniche di minima, è possibile formulare un'offerta che NON comprenda alcuni articoli? In particolare i seguenti:

- Personal computer medicale almeno 24" da installare a parete della sala operatoria (fine pag 4 ) e tutte le precisazioni
- Ulteriore Large display Medicaie in sala comandi (pag 5) con relativi accessori
- Videointegrazione dei segnali video (pag 5 ) e tutte le implicazioni

Tale dotazione, sommata a tutto il resto delle specifiche minime, rende incompatibile l'importo messo a disposizione con le quotazioni di mercato; anche utilizzando la possibilità di offrire componenti non nuovi, percorribile solo per alcuni articoli, risulta molto difficile se non a scapito di un livello qualitativo altrimenti non in linea con le forniture del Vs rispettabile Ente.

**Risposta:** Non è possibile formulare un'offerta che non comprenda le specifiche tecniche di minima indicate nel capitolato tecnico



**Domanda n.3** - In ragione del sopralluogo effettuato in data 15 Febbraio 2024, abbiamo verificato che nella sala adiacente sono stati eseguiti analoghe opere e quindi effettuati, a suo tempo, relative prove di carico: è possibile assumere quei risultati come valori da Voi forniti per redigere il progetto esecutivo?

**Risposta:** In questa fase è richiesto solo un progetto tecnico di realizzazione della fornitura con posa in opera come indicato in avviso pubblicato. Se di interesse in caso di aggiudicazione si potranno visionare documenti attinenti all'installazione di sistemi analoghi dell'adiacente sala operatoria non oggetto di questa specifica procedura.

**Domanda n.4** - data la complessità della dotazione e la ristrettezza dei tempi, è possibile una dilazione temporale dei termini di presentazione delle manifestazioni d'interesse rispetto alle ore 12,00 del giorno 25/02/2024?

**Risposta:** Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di ricerca legate all'utilizzo della fornitura richiesta si concludano entro i termini previsti dal progetto, non è possibile prorogare il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.