

Spett.le
Università Politecnica delle Marche
Via Breccie Bianche 12
SIMAU
60131 Ancona
C.a. Prof, Valeria Corinaldesi

Dichiarazione di unicità per sistema di mixing in scala da laboratorio
MARCA: XPLORE MODELLO: MC15HT + IM12 + CFPL65

Il sottoscritto Mario Roberto Penati, in qualità di Amministratore Unico della società M. Penati Strumenti srl sita in Bussero, Strada di San Pietro, 3

dichiara che:

I punti di unicità del sistema MC15HT + IM12 + CFPL65 sono i seguenti:

- Mixer da laboratorio resistente all'abrasione con durezza della camera HRC 64 e delle viti HRC 54
- Camera di mixing ad altissima resistenza chimica a pH da 0 a 14 fino a 450°C
- Motore in grado di generare 40Nm in tutto il range di velocità da 1 to 500 rpm. 3 phase 1.350W, 24-bit (circa 360°)
- Camera di mixing equipaggiata con termocoppie e 6 zone di riscaldamento indipendenti e programmabili.
- Dotato di camicia di raffreddamento
- Disponibile con "Vary batch" sistema brevettato per la riduzione del volume della camera da 15 ml a 7ml e 3ml.
- Camera emetica che consente il processo di sistemi liquidi
- Possibilità di connessione diretta con pressa ad iniezione IM12
- Possibilità di connessione diretta con filmatrice a testa riscaldata CFPL65

Rimango a disposizione per maggiori ed eventuali chiarimenti in merito e con l'occasione porgo cordiali saluti.

Pioltello, 10 novembre 2022

Mario Roberto Penati

(Amministratore Unico)