



CAPITOLATO TECNICO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la fornitura di un banco aspirato - Affidamento diretto di cui al D.L. n. 76/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021 - Importo base di gara € 14.300,00 oltre IVA. Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari ad € 0,00

CODICE CIG: ZDA36095E3

Il banco aspirato dovrà essere in acciaio Inox AISI 304, lungo 120-130 cm, avere una zona di aspirazione grigliata, una vasca grigliata per la raccolta di liquidi con scarico in una tanica dotata di allarme di livello, all'interno di un cassetto estraibile su guide, posta in mobiletto sotto-lavello dotato di anta, lavello con miscelatore ac/af dotato di doccetta estraibile, flusso verticale pari o superiore a 0,5 m/s, filtrazione per paraformaldeide, strumento di comando e controllo touch screen, possibilità di variazione velocità di aspirazione, programmazione ore alla manutenzione filtri principali e prefiltri, allarme flusso basso, allarme filtri intasati, allarme scadenza manutenzione gruppo filtrante. La fornitura deve essere comprensiva delle spese di trasporto, posa, messa in opera e collaudo, ed includere anche n. 5 filtri carboni attivi per paraformaldeide dim. L cm 60 x P cm 45 x H cm 10 e prefiltri di ricambio.